26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
154070 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER DA FUF/MT

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00100/2013-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - CÂMARA CONSERVAÇÃO

Descrição Detalhada: CÂMARA CONSERVAÇÃO, APLICAÇÃO CONSERVAÇÃO DE PLAQUETAS, CAPACIDADE ARMAZENAGEM AGITADOR COM 48 BOLSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALARME VISUAL E SONORO; CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

2 - APARELHO FOTOTERAPIA

Descrição Detalhada: APARELHO FOTOTERAPIA, MODELO LÂMPADA HALÓGENA DICRÓIDE, PEDESTAL COM RODÍZIOS, TIPO AJUSTE COM AJUSTE DE ALTURA, ANGULAÇÃO E FOCO, TIPO FILTRO FILTRO INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA, ALIMENTAÇÃO 60HZ/ BIVOLT

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (3)

3 - FACOEMULSIFICADOR

Descrição Detalhada: FACOEMULSIFICADOR, COMPOSIÇÃO P/ULTRASONOGRAFIA,MICROPROCESSADO,CONTROLE REMOTO, COMPONENTES BOMBA PERISTÁLTICA,MÓDULOS(US,VITRECTOMIA)PEDAL, OUTROS COMPONENTES VÁCUO ATÉ 500MMHQ,SISTEMA ANTISURGE,FACO FRIO, ACESSÓRIOS LINHAS SILICONE,2 CANETAS US,PONTEIRA,LUVA, CÂMARA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBULAÇÃO DE T/A SILICONE C/COLETOR,SONDA CORTE, ADITIVOS 2 PINÇAS BIPOLARES RETAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

4 - ASPIRADOR SECREÇÕES

Descrição Detalhada: ASPIRADOR SECREÇÕES, TIPO CIRÚRGICO, CAPACIDADE FRASCO COLETOR 2 FRASCOS PLÁSTICO MÍNIMO 2,5L CADA, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMO 1/4 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO RUÍDO, MOTOR COM PROTEÇÃO, MICROFILTRO, FREQUÊNCIA 60, VOLUME AR FLUXO DE 0 A 24, TENSÃO 110/220, ACESSÓRIOS VACUÔMETRO, TECLADO MEMBRANA, ALARMES,FRASCO EXTRA, OUTROS COMPONENTES 10 CIRCUITOS COMPLETOS PARA ASPIRAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

5 - REFRATOR

Descrição Detalhada: REFRATOR, TIPO AUTOREFRATOR COM CERATÔMETRO, COMPONENTES FX ESFERA -25 A +22D, DIÂMETRO PUPILA MÍNIMO 2MM, OUTROS COMPONENTES MODO CURVATURA CÓRNEA, RAIO CURVATURA CÓRNEA, COMPOSIÇÃO ÍNDICE REFRAÇÃO 1,3375, REFRAÇÃO CÓRNEA 0,12/0,25D, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASTIGMATISMO CÓRNEA, ÂNGULO AXIAL DE ASTG. CÓRNEA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

6 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA

Descrição Detalhada: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, TIPO DIGITAL, CAPACIDADE 200, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR CRISTAL LÍQUIDO,RÉGUA, TENSÃO 110/220, GARANTIA CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO E APROVAÇÃO INMETRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

7 - BALANÇA MECÂNICA

Descrição Detalhada: BALANÇA MECÂNICA, MATERIAL AÇO CARBONO, CAPACIDADE 300, TIPO PLATAFORMA, DIVISÃO 100, USO ANATOMIA PATOLÓGICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2 METROS EM ALU

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

8 - BALANÇA

Descrição Detalhada: BALANÇA, NOME BALANÇA DE PISO UOL2 200KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

9 - BALANÇA ELETRÔNICA

Descrição Detalhada: BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 15, VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIGITAL/DISPLAY LCD/5 CARACTERES/15MM ALTURA/SAÍDA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

10 - BALANÇA PESAR PESSOAS

Descrição Detalhada: BALANÇA PESAR PESSOAS, CAPACIDADE 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTÁTIL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (4)

11 - BANHEIRA USO INFANTIL

Descrição Detalhada: BANHEIRA USO INFANTIL, NOME BANHEIRA PARA USO INFANTIL, EM AÇO INOXIDAVEL 70 X 45 X 20/23CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

12 - BERÇO

Descrição Detalhada: BERÇO, MATERIAL ACRÍLICO, CUBA REMOVÍVEL, CANTOS ARREDONDADOS, TIPO PÉS 4 RODÍZIOS, SENDO 2 COM FREIO, COMPRIMENTO 600, LARGURA 310, ALTURA 150, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA TUBULAR METAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLCHÃO REVESTIDO CAPA PVC, ALÇA LOCOMOÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

13 - BERÇO

Descrição Detalhada: BERÇO, TIPO AQUECIDO, TIPO AQUECIMENTO SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE, CONTROLE TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ELETRÔNICO, TIPO LEITO LEITO RADIOTRANSPARENTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ RODÍZIOS, NEONATAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

14 - APARELHO FOTOTERAPIA

Descrição Detalhada: APARELHO FOTOTERAPIA, MODELO REFLETIVA DE ALTA INTENSIDADE, TIPO AJUSTE 7 LÂMPADAS FLUORESCENTES NA BASE BERÇO ACRÍLICO, TIPO FILTRO 3 AZUIS E 4 BRANCAS,LAMINA ACRÍLICO CURVA SUPERIOR, ALIMENTAÇÃO 127/220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMISSÃO >14MICROW/CM²NM,EXAUSTÃO, VENTILAÇÃO, ACESSÓRIOS COLCHÃO APROPRIADO,3 GAVETAS,DESMONTÁVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

15 - BISTURI ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: BISTURI ELETRÔNICO, TIPO MICROPROCESSADO, TIPO CORTE CORTE E COAGULAÇÃO, POTÊNCIA 100W, COMPONENTES CANETA E PEDAL, ADICIONAIS PAINEL FRONTAL DIGITAL À PROVA D´ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE USO DE PLACAS DESCARTÁVEIS E REUSÁVEIS, OPCIONAIS MONOPOLAR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

16 - BISTURI ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: BISTURI ELETRÔNICO, TIPO MICROPROCESSADO, TIPO CORTE CORTE E COAGULAÇÃO, POTÊNCIA 150W, COMPONENTES CANETA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE USO DE PLACAS DESCARTÁVEIS E REUSÁVEIS, OPCIONAIS MONOPOLAR E BIPOLAR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

17 - BOMBA DE INFUSÃO

Descrição Detalhada: BOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO VOLUMÉTRICA PERISTÁLTICA, VAZÃO 1 A 600ML/H, TOTAL DE 1 A 9999ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA LCD 2,7 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SENSOR AR / PRESSÃO, ALARME VISUAL / SONORO, ACESSÓRIOS INDICADOR DE ENERGIA / CARGA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (5)

18 - EQUIPO BOMBA INFUSORA

Descrição Detalhada: EQUIPO BOMBA INFUSORA, TIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL, MATERIAL PVC CRISTAL, TIPO CÂMARA CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO E CORTA FLUXO, TIPO INJETOR DERIVAÇÃO P/ LAVAGEM E INFUSÃO, LUER LOCK C/ TAMPA, TIPO CONECTOR CONECTOR ESCALONADO P/ SONDA C/ TAMPA, ESTERELIDADE ESTÉRIL,DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (5)

19 - CADEIRA DE RODAS

Descrição Detalhada: CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO FIXA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA ESMALTADO, TIPO USO BANHO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO FIXO, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO MACIÇO, APOIO PÉS APOIO PÉS FIXO, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 250, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE PARA VASO SANITÁRIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 8,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

20 - CADEIRA DE RODAS

Descrição Detalhada: CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO COURVIN OU NAPA, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6´, APOIO PÉS APOIO PÉS REGULÁVEL, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 250

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 8,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

21 - CADEIRA CLÍNICA

Descrição Detalhada: CADEIRA CLÍNICA, APLICAÇÃO OFTALMOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM, TIPO DE PÉS COM 4 RODÍZIOS, ACIONAMENTO ELÉTRICO/HIDRÁULICO, INCLINAÇÃO ENCOSTO ENCOSTO INCLINAÇÃO 180º, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERNEIRA E BRAÇO ESTOFADOS ESCAMOTEÁVEIS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (4)

22 - CADEIRA FIXA

Descrição Detalhada: CADEIRA FIXA, NOME CADEIRA FIXA - CADEIRA E COLUNA PARA EXAME OFTALMOLÓGICO, com a seguinte descrição: Cadeira. Coluna elétrica; Coluna pantográfica; Gabinete da coluna em aço; Braço com bandeja em fórmica; Controles micro processados separados em função de uso; Teclados de toque suave; Braço pantográfico injetado em poliuretano Base com pés reguláveis Controle: liga/desliga, projetor, luz da sala, volta zero e chave geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

23 - CÂMERA VÍDEO

Descrição Detalhada: CÂMERA VÍDEO, NOME CÂMERA VÍDEO CÂMERA DE VÍDEO DIGITAL, PARA APLICAÇÕES EM MICROSCOPIA ÓPTICA E Estereomicroscopia. Captura de imagens em campo claro, compatível com o Microscópio biológico Binocular, com as seguintes características: - Sensor CMOS de 1/2 com filtro de cores primárias RGB. - Área sensitiva do CMOS: 6.55 x 4.92 mm - Tamanho dos pixels: 3.2 x 3.2 µm. - Resolução - número de pixels: 2048 x 1536 pixel 3.1 Mpixels. - Controle do tempo de exposição manual ou automático: 0.2 µsegundos 2 segundos. - Possibilidade de utilização em computadores tipo PC - Desktop ou Notebook através de interface USB. Programa para aquisição de imagens, incluindo comandos como: - Controle do tempo de exposição. - Cálculo automático do branco de referência. - Correção e homogeinização do plano de fundo da imagem Shading Correction. - Ajuste interativo de cor, gama, brilho e foco. - Manual de instruções, cabo USB e CD de instalação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

24 - CAMPIMETRO

Descrição Detalhada: CAMPIMETRO, TIPO COMPUTADORIZADO, TIPO MEDIÇÃO CAMPO VISUAL EM 2MIN., TIPO OPERAÇÃO TOUCH SCREEN, INTENSIDADE LUMINOSA MÁX. 10000ASB,ILUMINAÇÃO 31,5ASB, DURAÇÃO DURAÇÃO ESTÍMULOS 200 MSEC,30CM DISTÂNCIA TESTE, TENSÃO 100/240, TIPO MESA MESA AUTOMÁTICA, ACESSÓRIOS ESTABILIZADOR 220V,CHAVES PRÓPRIAS,CAPA PROTEÇÃO, COMPONENTES MANUAL EM PORTUGUÊS,5 LÂMPADAS,FUSÍVEIS RESERVAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

25 - CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR

Descrição Detalhada: CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS 04 GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

26 - DESFIBRILADOR

Descrição Detalhada: DESFIBRILADOR, TIPO CARDIOVERSOR C/ SINCRONISMO, RECURSOS INTEGRADOS MONITOR ECG / MP TRANSTORÁCICO, TIPO ONDA BIFÁSICA, TEMPO MÁXIMO CARGA ATÉ 10, MEMÓRIA GRAVAÇÃO ECG / EVENTOS, PESO CERCA DE 8, ALIMENTAÇÃO BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COMPONENTE PÁS USO ADULTO / INFANTIL INTEGRADOS, COMPONENTE I CABO 5 VIAS, TIPO MÓDULO PORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

27 - DESTILADOR LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: DESTILADOR ÁGUA, NOME DESTILADOR LABORATÓRIO - DESTILADOR DE AGUA AUTOMÁTICO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA, Com alto teor de pureza, construído em aço inoxidável em toda região de contato com a água destilada, sendo a cuba e a cúpula em latão cromado. Funcionamento contínuo com dispositivo de nível constante, com aquecimento elétrico; resistência blindada de imersão; com bóia para o desligamento automático no caso de falta d'água, modelo de suspensão para ser instalada em paredes, capacidade para 5 Litros/Hora. Potência elétrica prevista: 4000 W, frequência: 60Hz alimentação elétrica: 110V/220V. Possuir registro no MS/Anvisa. Garantia: 12 (doze) meses.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

28 - ELETROCARDIÓGRAFO

Descrição Detalhada: ELETROCARDIÓGRAFO, MODELO MANUAL E AUTOMÁTICO, DIGITAL, TIPO REGISTRO 3 CANAIS E 12 DERIVAÇÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ECG 10 VIAS, 8 ELETRODOS CLIPS, 14 PRECORDIAL, ACESSÓRIOS CABO ELÉTRICO, 10 ROLOS PAPEL ECG, CARRO C/RODÍZIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 2 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (2)

29 - ECOBIÔMETRO

Descrição Detalhada: ECOBIÔMETRO, TIPO CANAL A/B,C/ SONDA ENTRE 10 E 11MHZ, RESOLUÇÃO 0,12MM OU MENOR,CÁLCULO LENTE INTRA-OCULAR C/SRK-T, COMPONENTES ECO B C/SONDA 10MHZ,RESOLUÇÃO AXIAL 0,12MM, TIPO RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO LATERAL 0,23 A 0,31MM, TIPO TECLADO TECLADO C/CAPACIDADE DE ARMAZENAR IMAGENS, TIPO MONITOR MONITOR DE 7´OU MAIS, TENSÃO 110/220V, FREQUÊNCIA 60HZ, ACESSÓRIOS VÍDEOPRINTER P&B

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

30 - ECÓGRAFO

Descrição Detalhada: ECÓGRAFO, TIPO ECOCARDIÓGRAFO ROTAÇÃO 300¨, TIPO MONITOR MONITOR COLOR MÍN. 15´, TIPO CONEXÃO POSSIBILITE CONEXÃO MÍN.4 TRANSDUTORES SIMULTÂNEOS, ACESSÓRIOS TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO 2-4, PEDIÁTRICO 3-8MHZ, TIPO DISCO CD,HD 80GB,UNIDADE DISKETE 3,5´,VÍDEOPRINTER, TIPO SAÍDA TRANSDUTORES, VÍDEO PRINTER,VÍDEOCASSETE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

31 - ECÓGRAFO

Descrição Detalhada: ECÓGRAFO, TIPO ECOCARDIÓGRAFO ROTAÇÃO 300¨, TIPO MONITOR MONITOR COLOR MÍN. 15´, TIPO CONEXÃO POSSIBILITE CONEXÃO MÍN.4 TRANSDUTORES SIMULTÂNEOS, ACESSÓRIOS TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO 2-4, PEDIÁTRICO 3-8MHZ, TIPO DISCO CD,HD 80GB,UNIDADE DISKETE 3,5´,VÍDEOPRINTER, TIPO SAÍDA TRANSDUTORES, VÍDEO PRINTER,VÍDEOCASSETE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

32 - APARELHO ELETRONICO INTEGRADO

Descrição Detalhada: APARELHO ELETRONICO INTEGRADO, NOME APARELHO ELETRONICO INTEGRADO -EEG DIGITAL COMPUTADORIZADO. Equipamento eletrônico dotado de eletrodos capaz de registrar em meio computadorizado os biopotenciais emitidos pelo cérebro, ao longo de atividades orientadas/supervisionadas pelo profissional médico. Especificações técnicas mínimas:
Eletroencefalograma Digital (unidade de aquisição) com interface USB 2.0, com software de mapeamento cerebral compatível com sistema operacional Windows, com funções de análise e relatório, dotado de foto estimulador
- Número mínimo de canais: 20 canais;Acessórios: todos os cabos necessários para ligação com os eletrodos e uso completo da capacidade do equipamento;
01- toca adulto com eletrodos;
01- toca infantil/pediátrica com eletrodos;
Fornecimento de CD/DVD com o software e todas as licenças de uso, bem como fornecimento das senhas/chaves de software necessárias para operações de instalação, configuração, backup, e demais operações técnicas a serem realizadas pela equipe de engenharia clínica ou informática do comprador.
Normalização: Certificado de conformidade NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-2-26
Documentos a apresentar:
Registro na Anvisa/MS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 2 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (2)

33 - ESCADA

Descrição Detalhada: ESCADA, NOME ESCADA - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS. Estrutura em tubo de aço inox 304, 1 polegada de graus em chapa de alumínio de 2,2 mm de espessura xadrez antiderrapante altura de cada degrau medindo 16,5 cm e altura da escada de 39,0 cm, pés com ponteira de borracha.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 21 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (21)

34 - ESFIGMOMANÔMETRO

Descrição Detalhada: ESFIGMOMANÔMETRO, TIPO ANERÓIDE, COMPONENTES BRAÇADEIRA, MANGUITO, PERA, VÁLVULA COM ROSCA, CAPACIDADE MEDIDA DE 0 A 300 MM/HG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO E BRAÇADEIRA COM FECHO DE VELCRO, APLICAÇÃO MEDIÇÃO PRESSÃO ARTERIAL, TIPO USO ADULTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 10 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (10)

35 - BRAÇADEIRA

Descrição Detalhada: BRAÇADEIRA, MATERIAL NYLON, TIPO FECHO BRAÇADEIRA FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO, APLICAÇÃO ESFIGMOMANÔMETRO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não | **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 4 | **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (4)

36 - ESTADIÔMETRO

Descrição Detalhada: ESTADIÔMETRO, TIPO ALUMÍNIO,MEDIÇÃO EM MM, FAIXA MEDIÇÃO 0,80 A 2,20M(TOLERÂNCIA DE +/-2MM)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não | **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 | **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

37 - ESTADIÔMETRO

Descrição Detalhada: ESTADIÔMETRO, MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MILIMETRADA, ESCALA LITOGRAFADA, FAIXA MEDIÇÃO 5CM A 2,0M(TOLERÂNCIA DE +/-2MM)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não | **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 12 | **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (12)

38 - ESTEIRA ERGOMÉTRICA

Descrição Detalhada: ESTEIRA ERGOMÉTRICA, CAPACIDADE ATÉ 220KG, ELEVAÇÃO 0 A 26 GRAUS, VELOCIDADE 0 A 32KM/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELETRÔNICA, MULTIPROGRAMÁVEL, AUTOMÁTICA OU MANUAL, COMPONENTES LCD, INTERFACE ERGOMETRIA, PROTOCOLOS, SOFTWARE, OUTROS COMPONENTES PRÉ E PÓS-ESFORÇO, LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA CINTA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não | **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 2 | **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (2)

Grupo: G1

39 - ESTETOSCÓPIO

Descrição Detalhada: ESTETOSCÓPIO, APLICAÇÃO ADULTO, MODELO PRECORDIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAMPÂNULAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não | **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 10 | **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (10)

40 - ESTUFA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: ESTUFA INDUSTRIAL, ESTRUTURA INTERNA CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO INTERNO ELETROPOLIDO, FORMATO CANTOS ARREDONDADOS, TIPO BANDEJAS ARAMADAS, LARGURA BANDEJAS 240, ALTURA BANDEJAS 50, PROFUNDIDADE BANDEJAS 670, ESTRUTURA EXTERNA CHAPA AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TRATAMENTO SUPERFICIAL BANDEJAS POLIDO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO AQUECIMENTO ELÉTRICO POR RESISTÊNCIAS TUBULARES ALETADAS, TIPO CIRCULAÇÃO AR VENTILADOR COM HÉLICE EM AÇO INOXIDÁVEL, TEMPERATURA TRABALHO 220, TEMPERATURA EXTERNA MÁXIMA 30, CAPACIDADE 10.000 FRASCOS, TIPO FRASCO 1, LARGURA BOCA FRASCO 20, ALTURA FRASCO 57, LARGURA CORPO FRASCO 26,50, APLICAÇÃO ESTERILIZAÇÃO E DESPIROGENIZAÇÃO DE FRASCOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTUFA COM DIVISÓRIAS INTERNAS/CHAPAS EXTERNAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não | **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 | **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

41 - FOCO CIRÚRGICO

Descrição Detalhada: FOCO CIRÚRGICO, TIPO MONOFOCAL,C/PEDESTAL,COL. FOCAL 60CM PROFUNDIDADE, COMPONENTES BULBO ATIVO NA CÚPULA E 1 DE EMERGÊNCIA, S/BATERIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SIST.BALANCEAMENTO C/5 RODAS,TRANSFORMADOR NA BASE, OUTROS COMPONENTES C/FILTRO E REFLETOR MULTIFACETADO, 80.000 LUX, ACESSÓRIOS SIST.TRANSF.LUZ HALÓGENA EM NATURAL C/ TEMP.4300K, TIPO ACIONAMENTO BOTÃO DE ACIONAMENTO EM CADA CÚPULA, VOLTAGEM 110/220, ESTERILIZAÇÃO ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 8,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

42 - FOCO CLÍNICO

Descrição Detalhada: FOCO CLÍNICO, MATERIAL CORPO METAL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, COR BRANCA, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE FLEXÍVEL / BASE COM RODÍZIOS / ALTURA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 8,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

43 - FOCO CIRÚRGICO

Descrição Detalhada: FOCO CIRÚRGICO, TIPO AUXILIAR, COMPONENTES 1 CÚPULA GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTENSIDADE LUMINOSA 80.000 LUX, ACESSÓRIOS C/ SISTEMA DE EMERGÊNCIA À BATERIA, TIPO APOIO PEDESTAL, RODÍZIOS COM FREIO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 8,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (2)

44 - GRAVADOR DE HOLTER

Descrição Detalhada: GRAVADOR DE HOLTER, TIPO DIGITAL, COMPONENTE CARTÃO MAGNÉTICO MÍNIMO 48MB OU CARTÃO SD, AUTONOMIA SISTEMA AUTONOMIA MÍNIMA 24HS, ACESSÓRIOS BRAÇADEIRAS C/ MANGUITOS,2 PILHAS RECARREGÁVEIS, SOFTWARE SOFTWARE LEITURA/ENVIO EXAMES OU P/CARDIONET DYNA, OUTROS COMPONENTES RECARREGADOR PILHAS,CABO PACIENTE, TIPO FUNCIONAMENTO FUNCIONAMENTO C/ 1 PILHA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (12)

Grupo: G2

45 - SISTEMA AVALIACAO CARDIOLOGICA (HOLTER)

Descrição Detalhada: SISTEMA AVALIACAO CARDIOLOGICA (HOLTER), TIPO ANÁLISE COMPUTADORIZADA, COMPONENTES GRAVAÇÃO EM TRÊS CANAIS, TIPO SISTEMA COMPATIBILIDADE C/WINDOWS XP E VISTA,MEMÓRIA 512MB, TIPO LEITURA GRAVAÇÃO DE ECG ALTA RESOLUÇÃO, VETORCARDIOGRAMA, SOFTWARE IMPRESSORA COLORIDA EM 3, 12 E 18 CANAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXPORTAÇÃO/IMPORTAÇÃO DE RESULTADOS REDE OU MÍDIA, FUNÇÕES AJUSTE MANUAL OU AUTOMÁTICO QRS E ST, OUTROS COMPONENTES VALIAÇÃO ARRÍTIMIAS POR EVENTOS OU POR HISTOGRAMAS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (2)

Grupo: G2

46 - HOMOGENEIZADOR

Descrição Detalhada: HOMOGENEIZADOR, NOME HOMOGENEIZADOR - HOMOGENEIZADOR DE TUBOS
- Rotação de 360º
- Capacidade de tubo: 30
- Potência: 40 W
- Velocidade: 8 a 30 RPM
- Dimensões: 500 x 170 x 170 mm
- Fornecimento em 110V/220V-Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

47 - LÂMPADA FENDA

Descrição Detalhada: LÂMPADA FENDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCLINAÇÃO DE 5¨, 10¨, 15¨ E 20¨, TENSÃO NOMINAL 110, CAMPO DE VISÃO DISTÂNCIA INTERPUPILAR 55 A 75MM, LARGURA DA FENDA COMPRIMENTO 0 A 9MM X 1 A 8MM, FONTE LUZ LÂMPADA HALÓGENA 12V, LÂMPADA DIODO LASER VERMELHO, COR FILTROS FILTRO AZUL, ABSORÇÃO DE CALOR E CINZA, ÂNGULO DA FENDA 0¨ A 180¨

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 4 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (4)

48 - LARINGOSCÓPIO

Descrição Detalhada: LARINGOSCÓPIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO TAMANHO ADULTO, COMPOSIÇÃO C/CABO,LÂMINAS CURVAS 0,1,2,3,4,RETAS 0,1,2,3,4, TIPO ENCAIXE ENCAIXE PADRÃO,LÂMINAS ACABAMENTO FOSCO, TIPO PILHA 2 PILHAS 1,5V, LÂMPADA HALÓGENA, EMBALAGEM EM BOLSA DE COURVIN C/ ZIPER, C/ LÂMPADA EXTRA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 2 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (2)

49 - OFTALMOSCÓPIO

Descrição Detalhada: OFTALMOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR INDIRETO A LAZER., TIPO LUZ HÁLOGENA DE 6V/10W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 90 A 240, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÓTICA SELADA/CABEÇA ÓTICA DE 0,845 KG/FONTE ALI-, MATERIAL - CAIXA POLIPROPILENO ALTO IMPACTO, FREQUÊNCIA 50/60, DISTÂNCIA PUPILAR 48 A 75, INTENSIDADE LUMINOSA 1.800, COR FILTROS AZUL E VERDE, APLICAÇÃO FOTOCOAGULAÇÃO DA RETINA/TRATAMENTO DA RETINOPATIA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

50 - LENSÔMETRO

Descrição Detalhada: LENSÔMETRO, TIPO MEDIÇÃO ESCALA DE +/-25D E LEITURA 0,125D, TIPO EIXO EIXO CILÍNDRICO 0¨ A 180¨, TIPO LENTE LENTE DE 16 A 80MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRISMA 0 A 5, FOCO +/-5D, LED 570NM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 4 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (4)

51 - MESA CIRÚRGICA

Descrição Detalhada: MESA CIRÚRGICA, TIPO ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MOVIMENTO ELEVAÇÃO TRENDELEMBURG, ENCOSTO CABEÇA ESCAMOTEÁVEL, SUPORTE LATERAL SUPORTE SORO, SUPORTE CILINDRO, BATERIA RECARR., TIPO FIXAÇÃO FREIO MÚLTIPLO, COMANDO MOVIMENTO CONTROLE REMOTO E MANUAL, APLICAÇÃO P/ OFTALMOLOGIA, ALTURA ALTURA MÍNIMA 60CM MÁXIMA 80CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE ESCAMOTEÁVEL C/TRAVA, APOIO BRAÇO CIRURGIÃO, OUTROS COMPONENTES 3 MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 2 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (2)

52 - MESA CIRÚRGICA

Descrição Detalhada: MESA CIRÚRGICA, TIPO ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MOVIMENTO ELEVAÇÃO TRENDELEMBURG, ENCOSTO CABEÇA ESCAMOTEÁVEL, SUPORTE LATERAL SUPORTE SORO, SUPORTE CILINDRO, BATERIA RECARR., TIPO FIXAÇÃO FREIO MÚLTIPLO, COMANDO MOVIMENTO CONTROLE REMOTO E MANUAL, APLICAÇÃO P/ OFTALMOLOGIA, ALTURA ALTURA MÍNIMA 60CM MÁXIMA 80CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE ESCAMOTEÁVEL C/TRAVA, APOIO BRAÇO CIRURGIÃO, OUTROS COMPONENTES 3 MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

53 - MESA CIRÚRGICA

Descrição Detalhada: MESA CIRÚRGICA, TIPO ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO TAMPO LEITO RADIOTRANSPARENTE, TIPO MOVIMENTO ELEVAÇÃO ELÉTRICA-HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO BASE EM ´T´, COMANDO MOVIMENTO TRAVAS AUTO-REGULÁVEIS, AJUSTE AUTOMÁTICO, CAPACIDADE 450

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Margem de Preferência (%): 8,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

54 - MESA DE MAYO

Descrição Detalhada: MESA DE MAYO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA ALTURA REGULÁVEL C/ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUNA, COMPONENTES BANDEJA 35X50CM, 2 RODÍZIOS, 1 PONTEIRA BORRACHA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

55 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: MICROSCOPIO, NOME MICROSCOPIO - MICROSCÓPIO BIÓLOGICO BINOCULAR COM SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGEM Com sistema óptica de correção infinita em cristal, iluminação LED, com tratamento antifungo, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina em técnica de campo claro, com as seguintes características:
- Estativa de alta estabilidade construída em metal inclusive as engrenagens, para operação estável e livre de vibrações;
- Sistema de focalização com comando macro e micrométricos coaxiais e bilaterais, equipados com mecanismos de auto ajuste para manutenção da tensão correta;
- Botões de focalização construídas em metal e revestidos com polímero, para operação suave e precisa, com escala em ambos os lados;
- Iluminador através de LED, 600º K, equivalente a 12 V/35W, embutido na parte inferior da base, com controle da intensidade luminosa, tempo de vida útil de 25.000 horas;
- Platina mecânica com charriot milimetrado com movimento ergonômetro retangular 150 x 140 mm, com comando baixo à direita para conforto do operador, equipada com mecanismos de deslocamento x/y através de pinhão e cremalheira metálicos. Curso de 76 x 26 mm com escala graduada e porta-lâmina com mola;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

56 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: MICROSCOPIO, NOME MICROSCOPIO - MICROSCÓPIO CIRURGICO. Composto de:
- Ajuste de ampliação com 4 caminhos de feixes;
- Ampliação de 3,5 x até 21x;
- Foco motorizado com 54 mm, com reset automático;
- Com dois caronas binocular, tubo binocular fixo e tubo binocular inclinável de vários ângulos (5 a 25º, 0º a 180º);
- Objtiva apocromática 175 mm, 200 mm, 225 mm sem troca de objetivas;
- Sistema integrado de gravação de vídeo em HD, com zoom, monitor de LCD 17'', adaptador de vídeo com zoom f = 35-100 mm, sistema dual de foco/TV, adaptador de TV f = 107 mm, adaptador de fotos f = 250-350 mm;
- Controle das funções por pedal com 12 ou 16 funções sem fio;
- Sistema KY com faixa de posicionamento de 40 x 40 com reset e velocidade ajustável;
- Filtro para radiação infravermelho e ultravioleta;
- Mecanismo de inclinação motorizado de +15º/-50º;
- Unidade de controle: Controle Eletrônico para monitorar funções motoras e intensidade da luz, dados apresentados por meio de LCD, com contraste e brilho ajustáveis e configurações específicas de usuário;
- Manoplas grandes e esterilizáveis.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

57 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: MICROSCÓPIO DE MÚLTIPLA OBSERVAÇÃO. Deve conter óptica de correção infinitiva em cristal, iluminação LED, desenvolvida para trabalho de ensino e rotina em técnica de campo claro, com possibilidade futura para campo escuro, contraste de fase, epi-fluorescência, polarização, múltipla-observação, sistemas de vídeo/câmara digital, com as seguintes características:
- Estativa de alta estabilidade construída em metal inclusive as engrenagens, para operação estável e livre de vibrações;
- Sistema de focalização com comandos macro e micrométrico coaxiais e bilaterias, equipados com mecanismo de auto ajuste para manutenção da tensão correta;
- Botões de focalização construídas em metal e revestimento com polímero, para operação suave e precisa, com escalas em ambos os lados;
- Iluminador através de LED, 6000 º k, equivalente a 12 V/35W, embutido na parte inferior da base, com controle da intensidade luminosa, tempo de vida útil de 25.000 horas;
- Ajuste de iluminação seguro Koehler, com diagrama íris incorporado na base do microscópio;
- Platina mecânica com charriot milimetrado com movimento ergonômetro retangular 150 x 140 mm, com comando baixo à direita para conforto do operador, equipada com mecanismo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (2)

58 - MICROSCOPIO

Descrição Detalhada: MICROSCOPIO, NOME- MICROSCÓPIO ESPECULAR Área de cobertura fotográfica 0,25 x 0,5 mm
Ampliação da captura 150x
Medição da paquimetria intervalos de 0,01 mm
Distância de trabalho 25 mm
Intensidade de flash alta/baixa
Ponto de fixação 1 central, 6 periféricos
(superior, inferior, nasal, temporal)
Modos de captura automático / semi-automático / manual
Memória 5 imagens por cada olho
Conector USB-D
Monitor LCD colorido de 5,6 a 8,4
Movimento da base X +/-46mm, Y +/- 14 mm, Z +/-20 mm
Movimento da cabeça X +/- 10 mm, Y +/- 14 mm, Z +/- 10 mm
Ajuste da fixação do queixo motorizado 60 a 75 mm
Dados de saída tipo impressora/LAN/USB
Com mesa Automatizada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

59 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PEÇAS / ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO RODÍZIO PARA MOCHO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (4)

60 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PEÇAS / ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: PEÇAS - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO RODÍZIO PARA MOCHO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (20)

61 - GRAVADOR DE M.A.P.A.

Descrição Detalhada: GRAVADOR DE M.A.P.A., APLICAÇÃO MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL PRESSÃO ARTERIAL, AUTONOMIA SISTEMA AUTONOMIA MÍNIMA 24HS, ACESSÓRIOS BRAÇADEIRA COM MANGUITO,4 PILHAS RECARREGÁVEIS, OUTROS COMPONENTES RECARREGADOR DE PILHAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONITOR PRESSÃO,ESTOJO E CINTO COURO,CABO CONECTOR, TIPO PROGRAMAÇÃO SOFTWARE WINDOWS, COMPONENTES MANUAL DE INSTRUÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não | **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 12 | **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (12)

Grupo: G1

62 - SISTEMA MULTIPARAMÉTRICO PARA TESTE DE ESFORÇO

Descrição Detalhada: SISTEMA MULTIPARAMÉTRICO PARA TESTE DE ESFORÇO, TIPO OPERAÇÃO ECG DIGITAL C/ 13 DERIVAÇÕES, OUTROS COMPONENTES GRAVADOR DVD, ENTRADA USB, TIPO SISTEMA MONITOR 17 POL, SOFTWARE, MEMÓRIA RAM 1GB, TIPO REGISTRO IMPRESSORA LASER, SISTEMA OPERACIONAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não | **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 2 | **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Margem de Preferência (%): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (2)

63 - SISTEMA MULTIPARAMÉTRICO PARA TESTE DE ESFORÇO

Descrição Detalhada: SISTEMA MULTIPARAMÉTRICO PARA TESTE DE ESFORÇO, TIPO OPERAÇÃO ECG DIGITAL C/ 13 DERIVAÇÕES, OUTROS COMPONENTES GRAVADOR DVD, ENTRADA USB, TIPO SISTEMA MONITOR 17 POL, SOFTWARE, MEMÓRIA RAM 1GB, TIPO REGISTRO IMPRESSORA LASER, SISTEMA OPERACIONAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não | **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 | **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Margem de Preferência (%): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

64 - SISTEMA MULTIPARAMÉTRICO PARA TESTE DE ESFORÇO

Descrição Detalhada: SISTEMA MULTIPARAMÉTRICO PARA TESTE DE ESFORÇO, TIPO OPERAÇÃO ECG DIGITAL C/ 13 DERIVAÇÕES, OUTROS COMPONENTES GRAVADOR DVD, ENTRADA USB, TIPO SISTEMA MONITOR 17 POL, SOFTWARE, MEMÓRIA RAM 1GB, TIPO REGISTRO IMPRESSORA LASER, SISTEMA OPERACIONAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não | **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 6 | **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Margem de Preferência (%): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (6)

65 - MONITOR MULTIPARÂMETRO

Descrição Detalhada: MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, TIPO DE TELA TELA LCD 12´, ALTA RESOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELAMENTO TELA E MEMÓRIA, COMPONENTES ALARMES/BATERIA, OPCIONAIS 02 ARRITMIAS E SEGMENTOS ST, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não | **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 5 | **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Margem de Preferência (%): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (5)

66 - NEGATOSCÓPIO

Descrição Detalhada: NEGATOSCÓPIO RAIO X - NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO Confeccionado em chapa de aço de 1,00mm, visor frontal em acrílico branco leitoso, presilha em aço inox para fixação da chapa radiológica, sistema de iluminação fluorescente com 02 lâmpadas de 15 Watts, acabamento em pintura eletrostática, dimensões aproximadas de 38cm x 53cm x 12cm, 110/220 Volts.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não | **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 | **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

67 - NEGATOSCÓPIO

Descrição Detalhada: NEGATOSCÓPIO, NOME NEGATOSCOPIO RAIO X - NEGATÓSCÓPIOS COM TELA DE FINA ESPESSURA LED
1 Design ultra slim com apenas 9 mm de espessura
2 Sistema de iluminação por LED Menor consumo, melhor visualização e maior vida útil.
3 Moderno, inovador e tecnológico sistema de acionamento por toque.
4 Inédito sistema de fixação das radiografias por imã.
5 O visor possui a superfície totalmente plana e resistente a pressão para facilitar a traçagem com régua.
6 Não existe risco de choque elétrico para o usuário, pois o próprio material já é um isolante.
7 Leve, prático e de fácil manuseio e higienização.
8 Possui alta luminosidade sem área de sombra.
9 Resistente a impacto e não enferruja.
Especificações técnicas:
Material: Acrílico Área visível 297 X 310MM
Dimensão do produto 52,5CM X 40CM X 9MM
Dimensão da embalagem435 x335 x54 MM
Peso do produto 2,8 Kg Peso do produto embalado 3,6 kg
Alimentação 127/220 VAC (bivolt automático)
Freqüência 50/60 Hz
Consumo 23 a 36 W Garantia 2 anos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 3 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (3)

68 - SUPORTE / NOBREAK

Descrição Detalhada: SUPORTE / NOBREAK, NOME SUPORTE / BASE CPU - NOBREAK DE 2KVA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: Bivolt (entrada 115-127/220V e saída 115V) automático microprocessado; Capacidade de auto-diagnóstico que testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as baterias; Gerenciador de bateria, informa quando a bateria precisa ser substituída; Deve possuir funções de recarga automática das baterias; Sistema de sinalização das condições de uso com indicadores audiovisuais que identifiquem as condições de funcionamento tipo: presença de rede normal, falha de rede elétrica fim de autonomia, inibição de alarme sonoro, bateria em recarga, falha dos circuitos e final de vida útil da bateria.
Saída para comunicação inteligente via Serial RS232;
Software para gerenciamento de energia. Este aplicativo deve ser fornecido de forma à fazer parte do mesmo junto com o cabo de conexão (unidade Nobreak equipamento que será instalado o programa, contendo várias funções, como relatório de eventos, indicação da temperatura, tenção de entrada e de saída, nível de carga das baterias, frequência da rede, desarmamento e rearme, condições do estabilizador, etc.
Forma de Onda SENOIDAL; Proteção no iversor conta sobrecarga e cuto-circuito;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

69 - OFTALMOSCÓPIO

Descrição Detalhada: OFTALMOSCÓPIO, TIPO AÇO INOX, TIPO LUZ LUZ ANÉTRICA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS MÉDIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISCO DE LENTES DE +/- 0,5 A +/- 20 DPT, APLICAÇÃO DIAFRAGMA C/ 2 TAMANHOS, COMPONENTES E OTOSCÓPIO C/ CABEÇA_C/ LÂMPADA,REGULADOR DE LUZ, ADICIONAIS VISOR MÓVEL, 5 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

70 - OTOSCÓPIO

Descrição Detalhada: OTOSCÓPIO, TIPO CLÍNICO, MODELO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO PILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LÂMPADA DE FIBRA ÓTICA E LENTE DE AUMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

71 - OXÍMETRO DIGITAL

Descrição Detalhada: OXÍMETRO DIGITAL, NOME OXÍMETRO DIGITAL - Para uso de adulto/pediátrico/neonatal montado em um só gabinete, deve indicar em display, os valores lidos e limites da saturação de oxigênio e de frequência cardíaca, bem como mostrar a curva plestismográfica bem como tabelas ou gráficos de tendências. O display deve utilizar o idioma português e faixa de leitura de saturação de oxigênio de 0 a 100% com precisão mínima de mais ou menos 2,5% na faixa de 70 a 100%.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

72 - OXÍMETRO PORTÁTIL

Descrição Detalhada: OXÍMETRO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, TIPO MEDIÇÃO HISTÓRICO EVOLUÇÃO NUMÉRICO E GRÁFICO, AUTONOMIA SISTEMA AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 H, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO SATURAÇÃO 40 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 30 A 220BPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURVA PLESTIMOGRÁFICA, TIPO PULSO, ALARMES AUDIOVISUAIS, ACESSÓRIOS 3 SENSORES REUSÁVEIS(ADULTO, INFANTIL, NEONATAL)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (10)

73 - OXÍMETRO PORTÁTIL

Descrição Detalhada: OXÍMETRO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, TIPO MEDIÇÃO HISTÓRICO EVOLUÇÃO NUMÉRICO E GRÁFICO, AUTONOMIA SISTEMA AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 H, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO SATURAÇÃO 40 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 30 A 220BPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURVA PLESTIMOGRÁFICA, TIPO PULSO, ALARMES AUDIOVISUAIS, ACESSÓRIOS 3 SENSORES REUSÁVEIS(ADULTO, INFANTIL, NEONATAL)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Margem de Preferência (%): 15,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (3)

74 - PLATAFORMA PARA GINÁSTICA

Descrição Detalhada: PLATAFORMA: PLATAFORMA DE LASER Com handpiece (ponteira) tipo IPL-sq (luz pulsada), handpiece 1064lp (long pulse), handpiece 1340 fract, handpiece 2940 dual mode.
PLATAFORMA (voltagem de operação 220V, freqüência 60hz, consumo máximo 1900V.A.)
Handpiece tipo IPL-sq (Fluência: até 33 J/cm2, Tempo de pulso: de 5 à 100ms, Taxa de repetição: até 2 Hz, Filtros de corte: 400, 540, 580 e 640nm, Spot size: 40x12mm Vascular tips: 12x12mm e ?8mm, Ponteiras de Safira resfriadas com 5 níveis de intensidade).
Handpiece tipo 1064 long pulse (densidade de energia 500j/cm2, taxa repetição até 2hz, tempo de pulso 10 a 60ms, dimensão do nozzle 02,06 e 09mm).
Handpiece tipo 1340 fract Nd-YAP (energia 220mj/mtz, taxa repetição até 2,5hz, tempo de pulso de 3, 5 e 10ms, dimensão nozzle 06mm colimado, 08mm com 100mtz/cm2 e 08mm com 400mtz/cm2).
Handpiece tipo 2940 dualmode Er:YAG (energia 60mJ/mtz, taxa repetição 3,5hz, tempo de pulso 300us ate 5ms, dimensão nozzle 06mm colimado, 08mm com 100mtz/cm2 e 08mm com 400mtz/cm2).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

75 - PROJETOR OPTÓTIPOS

Descrição Detalhada: PROJETOR OPTÓTIPOS, TIPO CONTROLE REMOTO SEM FIO, ZOOM, MICROPROCESSADO, TIPO GRAVAÇÃO SLIDES SLIDE COMPLETOS LETRAS, NÚMEROS, SNELLINGS,FIGURAS, TIPO ILUMINAÇÃO HALÓGENO, 3 A 6M, MODELO ILUMINAÇÃO FILTROS VERDE E VERMELHO, 4 SINAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE DE PAREDE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (4)

76 - APARELHO RAIOS X

Descrição Detalhada: APARELHO RAIOS X, POTÊNCIA APARELHO 125, TIPO APARELHO FIXO, COMPLETO, APLICAÇÃO USO MÉDICO, AMPERAGEM 500, COMPONENTES MESA COMANDO MICROPROCESSADA, ESTATIVA PORTA-TUBO, COMPONENTES ADICIONAIS BUCKY VERTICAL E HORIZONTAL, TRANSFORMADOR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Margem de Preferência (%): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

77 - REFRATOR

Descrição Detalhada: REFRATOR, TIPO GREENS, COMPONENTES LENTES ESFÉRICAS 0-19,75DPT, PASSOS 0,25 E 0,12DPT, OUTROS COMPONENTES HIPERMETROPIA, ASTIGMATISMO, FORIA, EXOFORIA, COMPOSIÇÃO CILINDROFORIA 0 A 30¨, OCLUSOR, FILTROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LENTES E VARETA PARA LEITURA DE PERTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 4 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (4)

78 - RETINÓGRAFO

Descrição Detalhada: RETINÓGRAFO, TIPO DIGITAL NÃO MIDRIÁTICO, TIPO IMAGEM 45¨, TIPO CONTROLE SOFTWARE, ARMAZENA E EXPORTA IMAGEM, TIPO VISOR MONITOR LCD, TIPO MESA MESA MOTORIZADA,ALTURA E DISTÂNCIA REGULÁVEL, TIPO ILUMINAÇÃO ITENSIDADE DE FLASH E INFRA-VERMELHO, TIPO CÂMARA 15 MEGAPÍXEL, COLORIDA, COMPONENTES OUTROS SUPORTE P/ TESTA E QUEIXO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

79 - SELADORA ELÉTRICA

Descrição Detalhada: SELADORA ELÉTRICA, TIPO DE BANCADA, MONTADA SOBRE VENTOSAS DE BORRACHA, APLICAÇÃO P/ TUBOS DE BOLSAS DE SANGUE, CAPACIDADE SOLDA MANUAL/ALTA, ACESSÓRIOS INDICADOR VISUAL/SONORO P/ SOLDA DEFEITUOSA, TIPO ALARME ALARME VAZAMENTO E NECESSIDADE DE RESOLDA, OPERAÇÃO PERMITE SOLDA ALTERNADA DE TUBOS(3/4,5MM)S/ AJUSTE, COMPONENTES CARREGADOR P/BATERIA,DETECTOR CURTO-CIRCUITO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABEÇOTE REMOVÍVEL P/LIMPEZA, VOLTAGEM 110 E OU 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 2 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (2)

80 - GRAVADOR DE M.A.P.A.

Descrição Detalhada: GRAVADOR DE M.A.P.A., APLICAÇÃO MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL PRESSÃO ARTERIAL, AUTONOMIA SISTEMA AUTONOMIA MÍNIMA 24HS, ACESSÓRIOS BRAÇADEIRA COM MANGUITO,4 PILHAS RECARREGÁVEIS, OUTROS COMPONENTES RECARREGADOR DE PILHAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONITOR PRESSÃO,ESTOJO E CINTO COURO,CABO CONECTOR, TIPO PROGRAMAÇÃO SOFTWARE WINDOWS, COMPONENTES MANUAL DE INSTRUÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 4 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (4)

81 - GRAVADOR DE M.A.P.A.

Descrição Detalhada: GRAVADOR DE M.A.P.A., APLICAÇÃO M.R.P.A., AUTONOMIA SISTEMA COMPATÍVEL C/WINDOWS XP E VISTA, MEMÓRIA 80 MEDIDAS, ACESSÓRIOS BATERIAS RECARREGAVÉIS COM CAPACIDADE DE 48HS, OUTROS COMPONENTES PROGRAMAÇÃO P/ INTERVALO DE VIRGÍLIA E SONO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 10 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (10)

Grupo: G1

82 - SUPORTE PARA SORO

Descrição Detalhada: SUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA ESMALTADO, RODÍZIOS COM RODÍZIOS DE 2´, PÉS COM 3 PÉS EM FERRO FUNDIDO, GANCHOS 4 GANCHOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 42 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (42)

83 - SUPORTE SACO HAMPER

Descrição Detalhada: SUPORTE SACO HAMPER, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA TUBULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 RODÍZIOS 5´ NYLON,BORRACHA TERMOPLÁSTICA MACIA, ACESSÓRIOS SEM TRAVA, CAPACIDADE 100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

84 - TOMÓGRAFO

Descrição Detalhada: TOMÓGRAFO, ACESSÓRIOS COM MESA PACIENTE E ESTATIVA, ABERTURA ABERTURA CERCA DE 70, CAPACIDADE ATÉ 200, AJUSTE PAINEL DE CONTROLE, MICROPROCESSADO C/ SOFTWARE, POTÊNCIA GERADOR ATÉ 60, ADICIONAL ROTAÇÃO CONTÍNUA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

85 - TOPÓGRAFO CÓRNEA

Descrição Detalhada: TOPÓGRAFO CÓRNEA, METODOLOGIA APLICADA COMPUTADOR ACOPLADO, DIÂMETRO CAMPO VISÃO 0,25 A 11, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 TIPOS DE MAPAS, SISTEMA CAPTURA IMAGEM CAPTURA AUTOMÁTICA DA IMAGEM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

86 - APARELHO RAIOS X

Descrição Detalhada: APARELHO RAIOS X, POTÊNCIA APARELHO 35 A 105, TIPO APARELHO MÓVEL, APLICAÇÃO USO MÉDICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220, FREQUÊNCIA 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLOQUEIO AUTOMÁTICO DE SOBRECARGA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Margem de Preferência (%): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

87 - APARELHO ULTRASSONOGRAFIA

Descrição Detalhada: APARELHO ULTRASSONOGRAFIA, APLICAÇÃO DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOPPLER COLORIDO, 4000 CANAIS, MONITOR LCD 17´, COMPONENTES ADICIONAIS TRANSDUTOR CONVEXO, ENDOCAVITÁRIO, 2 LINEARES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 2 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Margem de Preferência (%): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (2)

88 - APARELHO ULTRASSONOGRAFIA

Descrição Detalhada: APARELHO ULTRASSONOGRAFIA, MATERIAL GABINETE PORTÁTIL,C/ DOPPLER, MONITOR COLORIDO 10´, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/3 TRANSDUTORES (LINEAR, CONVEXO E ENDO-RETAL), COMPONENTES GERA IMAGENS MODELO B, MODO M, ´ROW DATA´

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 1 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Margem de Preferência (%): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

89 - VITREÓFAGO

Descrição Detalhada: VITREÓFAGO, COMPONENTES SONDA PNEUMÁTICA ACIONAMENTO ATÉ 2500 CORTES P/M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FONTE DUPLA ILUMINAÇÃO HALÓGENA INDEPENDENTE, OUTROS COMPONENTES SISTEMA CONTROLE PRESSÃO INTEROCULAR DIGITAL, ADICIONAIS FUNÇÃO ILUMINAÇÃO P/FIBRA ÓTICA C/2 SAÍDAS, ACESSÓRIOS C/2 KITS COMPLETOS DE TODOS ACESSORIOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

90 - YAG LASER

Descrição Detalhada: YAG LASER, TIPO OFTALMOLOGIA, COMPRIMENTO ONDA 1.064, OPERAÇÃO Q-SWITCHED, COMPRIMENTO PULSO 4, TAXA REPETIÇÃO CERCA DE 2,5, TAMANHO SPOT CERCA DE 10, ÂNGULO CONE 16, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENERGIA MÁX. 10 MJ, COMPONENTES CABEÇA, LÂMPADA DE FENDA LASER, UNIDADE DE COMANDO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): CUIABA/MT (1)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
38	ESTEIRA ERGOMETRICA	2	UNIDADE
61	GRAVADOR DE M.A.P.A.	12	UNIDADE
81	GRAVADOR DE M.A.P.A.	10	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
44	GRAVADOR DE HOLTER	12	UNIDADE
45	SISTEMA AVALIACAO CARDIOLOGICA (HOLTER)	2	UNIDADE